

Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: 4. dubna 2018 10:45
Komu: '████████@gmail.com'
Kopie: ██████████
Předmět: RE: [Fwd: FW: Sanitka sirena]

Dobrý den,

V sanitních vozidlech FN HK jsou dle výrobce sanitní zástavby používány reproduktory s označením H 100. Příkon tohoto reproduktoru je 100 W a akustický tlak (při jmenovitém výkonu 100 W) ≥ 120 dB. Musím podotknout, že tyto jsou hodnoty měřené v laboratorních podmínkách. Sanitní vozidla FN HK mají tento reproduktor montován za přední maskou vozidla, tak aby byl chráněn před nečistotami a povětrnostními vlivy, proto je jeho účinnost značně snížena.

Pěkný den.

Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
vedoucí právního odboru
Fakultní nemocnice Hradec Králové
tel. 495 832 174

From: ██████████@gmail.com
Sent: Wednesday, March 28, 2018 10:59 AM
To: fnhk@fnhk.cz<mailto:fnhk@fnhk.cz>
Subject: Sanitka sirena

Dobrý den,
píši Vám, abych se Vás, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zeptal, kolik má intenzitu zvuku v dB(A) siréna sanitky Fakultní Nemocnice Hradec Králové?
Byl jsem jí vystaven během dopravní zácpy v bezprostřední blízkosti po několik chvil. Trpím neztišitelným tinnitem, který se mi nyní zhoršil (tinnitus spike).
Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
██████████

<<https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif>>

Bez virů. www.avast.com<<http://www.avast.com>>